

Kúpna zmluva č. Z201921049_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Sídlo: Nemocničná 2, 97201 Bojnice, Slovenská republika
IČO: 17335795
DIČ: 2021163276
IČ DPH: SK2021163276
Číslo účtu: SK32 8180 0000 0070 0051 0360
Telefón: 0905444729

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHIROSAN, s.r.o.
Sídlo: Sadová 2, 92203 Vrbové, Slovenská republika
IČO: 36239739
DIČ: 2020170911
IČ DPH: SK2020170911
Číslo účtu: Sk4502000000001427321254
Telefón: 0903725588

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitné vozidlo RLP
Kľúčové slová: sanitné vozidlá
CPV: 34114121-3 - Sanitky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Sanitné vozidlo RLP

Funkcia				
Dodanie sanitného motorového vozidla rýchlej lekárskej pomoci, t.j. sériovo dodávaného vozidla po špecializovanej prestavbe, vrátane novej špeciálnej výbavy a príslušenstva. Súčasťou zákazky je servisná činnosť a zaškolenie obsluhy v počte minimálne 2 osoby na dodávané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sanitné vozidlo RLP	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Technická špecifikácia vozidla - karoséria a ostatné požadované parametre:				
1.1 rok prvého stupňa výroby vozidla	2019			
1.2 dĺžka ložného priestoru na podlahe	3300 - 4000 mm			
1.3 maximálne zaťaženie vozidla	do 3 500 kg (prípadne s povolením do 3 800 kg) s vodičským oprávnením skupiny B			
1.4 zadné dvere - vysoké dvojkridlové čiastočne presklené, zosilnené pánty, otváranie o 270 stupňov, aretácia v dvoch polohách	vysoké dvojkridlové čiastočne presklené, zosilnené pánty, otváranie o 270 stupňov, aretácia v dvoch polohách			
1.5 posuvné bočné dvere	v pravo z časti presklené			

1.6 posuvné okno	v bočných pravých dverách
1.7 spätné zrkadlá elektricky vyhrievané	vyžaduje sa
1.8 uzatvorená karoséria, oceľová, žltej farby, odtieň RAL 1016, vnútorná výška interiéru po prestavbe na sanitné vozidlo min. 1 800 mm	vyžaduje sa
1.9 zvýšená nosnosť	vyžaduje sa
1.10 zosilnená predná náprava	vyžaduje sa
1.11 zosilnené stabilizátory	vyžaduje sa
1.12 pohon	4 x 4, ABS, EDL, ASR, ESP, asistent rozjazdu do kopca, multikolízna brzda, asistent bočného vetra
1.13 rekuperácia brzdnej energie	vyžaduje sa
1.14 mechanická, prípadne automatická uzávierka zadného diferenciálu	vyžaduje sa
1.15 airbag vodiča, bočný a hlavový airbag, signál nezapnutého pásu vodiča	vyžaduje sa
1.16 minimálne jedno sedadlo spolujazdca s osobitnými bezpečnostnými pásmi, airbag spolujazdca s deaktiváciou	vyžaduje sa
1.17 posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti na rýchlosti	vyžaduje sa
1.18 motor vznetový	minimálne 130 kW
1.19 emisie	EURO 6
1.20 palubný počítač	vyžaduje sa
1.21 bez prípravy na tachograf	vyžaduje sa
1.22 kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	vyžaduje sa
1.23 lapače nečistôt vpredu a vzadu	vyžaduje sa
1.24 parkovacie senzory zadné	vyžaduje sa
1.25 automatické zapnutie stretávacích svetlometov	vyžaduje sa
1.26 deliaca priehradka s posuvným oknom	vyžaduje sa
1.27 predné svetlomety do hmly s aktívnou funkciou pri odbočovaní	vyžaduje sa
1.28 centrálné uzamykanie s diaľkovým ovládaním, kľúč 2 x	vyžaduje sa
1.29 klimatizácia kabíny vodiča	vyžaduje sa
1.30 kamera priestoru za vozidlom (cúvacia kamera)	vyžaduje sa
1.31 predpríprava uchytenia rádiostanice a príslušenstva v kabíne vodiča	vyžaduje sa
1.32 kolesá	minimálne 16" oceľové 6,5Jx16 s pneumatikami typu C
1.33 plnohodnotné rezervné koleso	vyžaduje sa
1.34 akustický signál pri cúvaní	vyžaduje sa
1.35 zosilnený alternátor 180 A a AGM akumulátor 95Ah/520 A	vyžaduje sa
1.36 signalizácia otvorených ktorýchkoľvek dverí na palubnej doske	vyžaduje sa
1.37 servisný balík 5 rokov alebo 250 000 km	vyžaduje sa
1.38 zaškolenie obsluhy v počte minimálne 2 osoby na dodávané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla	vyžaduje sa
2. Ďalšia požadovaná výbava vozidla:	
2.1 sada povinnej výbavy podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	vyžaduje sa

2.2 zdvihák s nosnosťou min 4,0 tony	vyžaduje sa
2.3 prenosné svetlo akumulátorové dobíjacie s päťicou 12 V s automatickým režimom dobíjania, osvetlenie min. 100 m priestoru, dĺžka svietenia min 2,5 hodiny, umiestnenie na deliacej zadnej priečke v kabíne vodiča medzi sedadlami	vyžaduje sa
2.4 päť kusov zimných pneumatík s oceľovými ráfikmi s príslušným rozmerom a parametrami k danému vozidlu podľa predpisu výrobcu vozidla	vyžaduje sa
2.5 monitorovacia full HD kamera pre vodiča	vyžaduje sa
2.6 mobilná laserová tlačiareň strednej triedy farebná	vyžaduje sa
3. Požiadavky na prestavbu vozidla:	
3.1 podľa technickej normy vydanéj 1.8.2015 STN EN 1789+A2 Vozidlá záchrannéj zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie.	vyžaduje sa
3.2 výstražná LED diódová svetelná signalizácia modrej farby v zmysle platnej vyhlášky so stroboskopickým efektom, umiestnená: • na prednej časti strechy vozidla, integrovaná svetelná rampa • na zadnej časti strechy integrovaná svetelná alej • predné zábleskové svetlá v maske vozidla • bočné zábleskové svetlá	vyžaduje sa
3.3 Ostatné osvetlenie: • strešné smerové svetlá vzadu vpravo aj vľavo • dve LED prídavné pracovné bočné svetlá v plastových krytoch na oboch bokoch vozidla na streche s možnosťou zapnutia v kabíne vodiča, minimálny výkon jedného svetla min 10 W • dve prídavné svetlá umiestnené na zadnej hrane strechy otočené smerom za vozidlo, aktivované automaticky pri cúvaní • pracovné osvetlenie na ohybnom krku umiestnené pred spolujazdcom nad palubnou doskou s vlastným spínačom na zapnutie	vyžaduje sa
3.4 Zvuková signalizácia v zmysle platnej vyhlášky siréna s minimálnou voľbou Wail/Yelp/Hilo so samostatným ovládaním, dva reproduktory s minimálnym výkonom 100 W / 11 OHMS, ovládateľné samostatne, umiestnené v prednej vonkajšej spodnej polovici vozidla.	vyžaduje sa
3.5 Ostatná špeciálna výbava: • anténa s elektrickou inštaláciou pre rádiostanicu 80-160 MHz • automatický predhrev motora s termostatom o minimálnom výkone 500 W pripojený na elektrický rozvod vozidla 230 V	vyžaduje sa
4. Požiadavky na prestavbu a vybavenie ambulantského priestoru RLP:	
4.1 na chode motora nezávislé teplovzdušné kúrenie s termostatom, naftové s výduchom teplého vzduchu do ambulantského priestoru a vodiča,	vyžaduje sa
4.2 závislé teplovodné kúrenie s termostatom, trojrýchlostné s výduchom v spodnej časti	vyžaduje sa
4.3 klimatizácia zadného priestoru nezávisle regulovaná od kabíny vodiča, napojená na prednú originálnu klimatizáciu dodávanú výrobcom vozidla	vyžaduje sa
4.4 prídavné teplovzdušné kúrenie elektrické napojené na rozvod 230 V/2100 W vhodné do dopravných prostriedkov pre prepravu, zapojené do samostatne istenej zásuvky regulovanej termostatom,	vyžaduje sa
4.5 elektrický rozvod 230 V so samostatným istením : • vonkajšia prípojná zásuvka s krytím min IP 65 umiestnená v ľavej bočnej stene vozidla s funkciou nedovolenia štartu vozidla v prípade zapojenia el. prívodu do tejto zásuvky, • 1 x vnútorná zásuvka na ľavej stene v zadnej časti, • 2 x vnútorná zásuvka na ľavej stene v prednej časti, • predlžovací kábel na pripojenie vozidla do elektrickej siete 230 V v dĺžke 10 metrov,	vyžaduje sa

• v prípade napojenia vozidla na elektrickú sieť 230 V funkcia automatického dobíjania batérie vozidla aj batérie ambulatného priestoru s automatickým režimom proti prebíjaniu batérií	vyžaduje sa
4.6 zásuvka na 12 V s nepretržitým odberom elektrického prúdu v ambulatnom priestore samostatne istené • 3x na ľavej stene vpredu, • 1x na ľavej stene vzadu, • 1x pred spolujazdcom v prednej časti vozidla	vyžaduje sa
4.7 halogénový reflektor v zadnej časti ambulatného priestoru osvetľujúci priestor za vozidlom	vyžaduje sa
4.8 osvetlenie interiéru, žiarovkové a LED, ovládanie pri bočných a zadných dverách	vyžaduje sa
4.9 bodové svetlo nastaviteľné nad pacientom, zapustené v strop	vyžaduje sa
4.10 osvetlenie nástupného schodu s automatickým zapnutím pri otvorení bočných posuvných dverí	
4.11 ventilátor obojsmerný zabudovaný v streche, prípadne na boku zástavby s dvojpohovým spínačom	vyžaduje sa
4.12 sklá v zdravotníckom priestore do 2/3 matované	vyžaduje sa
4.13 výstupy karosérie pre inštaláciu držiakov na prístroje a nábytok	vyžaduje sa
4.14 zateplenie a odhlučnenie zdravotnej časti	vyžaduje sa
4.15 celkový vnútorný obklad všetkých stien a stropu umývateľným a dezinfikovateľným materiálom s vytmelením škár	vyžaduje sa
4.16 skrinky a poličky	vyžaduje sa
4.17 protišmyková, antistatická podlaha	vyžaduje sa
4.18 na priečnej priehradke polica s nerezovou, prípadne inou medicínsky akceptovateľnou, pracovnou plochou , skrinka so zásuvkami, odkladací priestor pre ruksak	vyžaduje sa
4.19 uzamykateľná skrinka na opiáty a psychotropné látky	vyžaduje sa
4.20 skrinková zástavba na ľavej hornej stene po celej dĺžke vozidla presklená	vyžaduje sa
4.21 odkladací priestor nad ľavým vnútorným blatníkom	vyžaduje sa
4.22 skrinka pred ľavým podbehom s úložným priestorom a výklopnými dverkami	vyžaduje sa
4.23 stropné madlo s držiakmi na infúzne fľaše/vaky	vyžaduje sa
4.24 nerezový stôl pod transportným ležadlom s dvomi zámkami proti samovoľnému uvoľneniu podvozku transportného ležadla s výklopným nerezovým nájazdom - plošinou, vodiacimi lištami a s úložným priestorom v priestore pod ním	vyžaduje sa
4.25 nosidlá so sklopným, brzdeným, odnímateľným, polohovateľným a pojazdným podvozkom a fixačnými bezpečnostnými popruhmi pre pacienta, odporúčané s nosnosťou minimálne 200 kg, nosidlá s polohovaním chrbtovej časti a časti dolných končatín, bočné sklopné zábrany, odnímateľný a umývateľný matrac	vyžaduje sa
4.26 schodolez (bližšia špecifikácia: ľahké ovládanie jednou osobou; hmotnosť menej ako 11 kg; odľahčená konštrukcia - hliník alebo kompozit; nosnosť minimálne 180 kg; so systémom upevnenia na zadné pravé dvere; bezpečnostné pásy; opierka hlavy; 4 ks kolieska s priemerom minimálne 100 mm pre uľahčený pohyb v teréne; rozmery v zloženom stave: výška menej ako 110 cm, šírka menej ako 55 cm, hĺbka menej ako 22 cm)	vyžaduje sa
4.27 vákuový matrac	vyžaduje sa

4.28 dlhá chrbticová doska s príslušenstvom na fixáciu hlavy s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta	vyžaduje sa
4.29 fixačný transportný systém pre transport ranených a chorých detí	vyžaduje sa
4.30 vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice: • súprava na znehybnenie zlomenín kostí pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov • prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice pre vekové a hmotnostné kategórie pacientov 3 ks a jeden univerzálny nastaviteľný prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice • prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice pre vekové a hmotnostné kategórie pacientov 1 ks a jeden univerzálny nastaviteľný prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice • krátka chrbticová doska alebo Kendrickova vyslobodzovacia vesta	vyžaduje sa
4.31 sedadlo na deliacej stene s trojbodovým bezpečnostným pásom, fixné, prípadne otočné	vyžaduje sa
4.32 montáž držiakov na uchytenie prístrojov podľa špecifikácie odberateľa	vyžaduje sa
4.33 vpravo 1 x sklopno-otočné sedadlo s bezpečnostným trojbodovým pásom	vyžaduje sa
4.34 rozvod kyslíka ukončený rýchlospojkou – 3x	vyžaduje sa
4.35 držiak na 10 l kyslíkovú fľašu s rozvodom – 2x	vyžaduje sa
4.36 držiak na 2 l kyslíkovú fľašu – 1x	vyžaduje sa
4.37 úchyt - odkladací priestor pre vákuový matrac a chrbticovú dlahu	vyžaduje sa
4.38 odpadkový kôš	vyžaduje sa
4.39 nádoby na infekčný odpad	vyžaduje sa
4.40 dávkovač dezinfekcie	vyžaduje sa
4.41 nástupné madlo vpravo a vľavo pri bočných dverách	vyžaduje sa
4.42 hasiaci prístroj s hmotnosťou 2 kg	vyžaduje sa
4.43 termobox s minimálnym objemom 7 l – s prepínaním chladienie/ohrev	vyžaduje sa
4.44 ovládací panel v ambulatnom priestore (vypínače, zásuvky, termostat, kyslík)	vyžaduje sa
4.45 nerezový ochranný plech na zadné dvere a nárazník	vyžaduje sa
5. Špecifické materiálo – technické vybavenie pre vozidlo RLP:	vyžaduje sa
5.1 Transportný bifázický defibrilátor a držiak defibrilátora	vyžaduje sa
Defibrilátor s možnosťou automatickej alebo poloautomatickej defibrilácie cez pádla alebo samolepiace elektródy, s možnosťou defibrilácie detí, s funkciou KPR metronomu, s možnosťou synchronizovanej kardioverzie, s kardiostimulátorom, s monitorovaním a zobrazovaním viacerých vitálnych funkcií naraz (NIBP, EKG, HR, EtCO ₂ , SpO ₂) na dobre čitateľnom farebnom displeji s filtrom pre dobrú viditeľnosť na ostrom svetle, s možnosťou prenosu dát cez kábel alebo bezdrôtovo,	vyžaduje sa
zobrazenie a tlač 12 zvodového EKG so vstavanou tlačiarňou, s dlhotrvajúcimi nabíjateľnými lítiovými batériami s možnosťou pripojenia do elektrickej siete v ambulatnej časti vozidla alebo priebežného dobíjania batérií v ambulancii ZZS s ochrannou brašnou, s držiakom, odolný voči vode, prachu, vibráciám a pádom. Combo elektródy musia byť kompatibilné s k defibrilátorom Lifepak.	vyžaduje sa

5.2 Monitorovacie zariadenie – súčasť defibrilátora s možnosťou neinvazívneho a invazívneho sledovania životných funkcií (ventilácia, oxygenácia, hemodynamika) s možnosťou pripojenia do elektrickej siete v ambulatnej časti vozidla alebo priebežného dobíjania batérií	vyžaduje sa
5.3 Transportný automatický dýchací prístroj do 6 kg na ventiláciu dospelých a pediatrických pacientov (s výnimkou novorodencov transportovaných v inkubátore) s držiakom, v ochrannom obale, užívateľský software v slovenskom jazyku, s vlastnou dlhotrvajúcou lítiovou batériou, výdrž min 7h, s možnosťou pripojenia do elektrickej siete v ambulatnej časti vozidla alebo priebežného dobíjania batérie v ambulancii ZZS,	vyžaduje sa
s kvalitným displejom pre dobrú čitateľnosť za všetkých svetelných podmienok, s jednoduchým ovládaním, s funkciou Autoflow, s integrovanou kapnografiou a CO2 senzorom, s možnosťou nastavenia viacerých ventilačných režimov ako riadených (VC–CMV, VC SIMV, PC SIMV,) tak podporných ventilačných režimov (CPAP, PS, NIV) s možnosťou ľubovoľného nastavenia PEEP, ľubovoľnou reguláciou frakcie kyslíka, monitorovania DC, export údajov do PC a s ľahko umývateľným povrchom.	vyžaduje sa
5.4 Lineárny dávkovač liekov 1x - na 12 V s dobíjateľnou batériou	vyžaduje sa
5.5 Prenosné odsávacie zariadenie s možnosťou regulácie odsávacieho tlaku pre všetky vekové kategórie s nasledujúcou špecifikáciou:	vyžaduje sa
<ul style="list-style-type: none"> • ľahká, kompaktná konštrukcia so zabudovaným vstavaným akumulátorom • váha: do 4kg, vrátane • hlučnosť: 46 - 56 dBA (80 - 500 mmHg) • odsávanie: 80 - 500+ mmHg • nádoba na odsávanie min. 1000ml • výdrž batérie minimálne 40 min. 	vyžaduje sa
<ul style="list-style-type: none"> • priehľadný predný panel musí obsahovať: indikátory stavu kapacity akumulátora, veľkosť podtlaku odsávania, ovládač nastavenia podtlaku, tlačidlo na test prístroja, indikátory napojenia na zdroj elektrickej energie a varovný indikátor poruchy prístroja • odsávačka musí obsahovať a byť vybavená: prietokom 25 l/min pri dosiahnutom podtlaku 500 mm Hg, nastaviteľným regulátorom podtlaku, veľkou zberacou nádobou na sekrety, nádobkou na preplachovací roztok, prepojovacími káblami na prevádzku z siete vozidla 12V DC a zo siete 220V AC 	vyžaduje sa
6. Označenie vozidla podľa prílohy č. 4 Výnosu MZ SR 10548/2009 OL	vyžaduje sa
6.1 po obvode pás so šírkou najmenej 100 mm vo farbe signálna červená, po obvode zvýšenej nadstavby strechy pás vo farbe signálna červená,	vyžaduje sa
6.2 na bočných stranách pás so šírkou najmenej 100 mm šikmo od zvýšenej strechy nad zadnými dverami po spodnú časť predných dverí,	vyžaduje sa
6.3 na bočných stranách nápis „ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ s výškou písma najmenej 100 mm,	vyžaduje sa
6.4 vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby s priemerom kruhu minimálne 300mm,	vyžaduje sa
6.5 symbol telefónu a číslo 155 modrej farby a symbol SOS 112 červenej farby na bočnej strane vozidla,	vyžaduje sa
6.6 logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa najmenej 100 mm,	vyžaduje sa
6.7 na prednej kapote nápis „AMBULANCIA“	vyžaduje sa
6.8 polep musí spĺňať EHK 104	vyžaduje sa
7. Požadovaný rozsah servisnej činnosti:	

Úspešný uchádzač sa zaviazal vykonávať bezplatný autorizovaný záručný servis na upravené vozidlo po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu zákazky a na výbavu a príslušenstvo sanitného vozidla po dobu 3 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu zákazky. Súčasťou tohto servisu je minimálne 5 bezplatných profylaktických prehliadok vozidla uskutočňovaných počas trvania záruky raz ročne a 3 bezplatné profylaktické prehliadky výbavy a príslušenstva sanitného vozidla uskutočňovaných počas trvania záruky raz ročne.	vyžaduje sa
---	-------------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodanie predmetu zákazky do 30.11.2019, nie však skôr, ako na výzvu objednávateľa na dodanie predmetu zákazky. V prípade, ak objednávateľ nevyzve dodávateľa na dodanie predmetu zákazky do 15.09.2019, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
V prípade, ak objednávateľ nebude úspešným uchádzačom na základe výsledkov výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, vyhláseným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňa 14.06.2019, je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), v zmluvne dohodnutom množstve a s požadovanými vlastnosťami, v bezchybnom stave a nový (najazdených max. 100 km).
K vozidlu sa požaduje dodať 2 kľúče, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy a ďalšie príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 13:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne dva pracovné dni vopred, a to v čase od 8:00 do 14:00 h.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom a včasnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlenými max. na dve desiatinné miesta.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Dodávateľ je oprávnený fakturovať len ten tovar, ktorý bol objednávateľom podľa odovzdávacieho a preberacieho protokolu skutočne prevzatý. Odovzdávací a preberací protokol podpísaný kontaktnou osobou objednávateľa bude prílohou faktúry.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Nedodržanie požadovaných vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie zo strany dodávateľa sa bude považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení zákona č. 38/2017 Z.z. zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami osobitných predpisov, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa do tohto registra.
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu zriaďovateľa objednávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Bojnice
Ulica: Nemocničná 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.09.2019 07:00:00 - 29.11.2019 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 116 600,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 139 920,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.07.2019 16:38:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CHIROSAN, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska